

Datenlogger WPS05 Ex und Arteser

Ausführung Ex

Die Ausführung in **Ex** findet ihren Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, z.B. in Abwasserkanälen, Auffangbecken etc.

Das Gerät wird so eingebaut, dass sich der Auslesekopf außerhalb des gefährdeten Bereichs befindet. Wird der Datenlogger zusammen mit dem DFÜ-Modul betrieben, so muss sich das DFÜ-Modul außerhalb der explosionsgefährdeten Zone befinden.

Ausführung für Arteser

Bei artesischen Brunnen wird das Sondenkabel durch eine Quetschringdichtung nach Außen geführt. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Brunnen an.

Es kommen Sonden mit Relativdruckmessung oder Absolutdruckmessung zum Einsatz. Wir bieten Ihnen individuell angepasste mechanische Lösungen für Ihre Brunnenabschlüsse an.

Technische Daten: siehe **WPS05**



Ackermann KG
Jahnstr. 35 | 12347 Berlin
Telefon (30) 792 23 63
Inhaber: Dieter Thomsen
Messwertaufzeichnungsgerät Typ: W5 - 1bar 1cm
SN: 2563
© 11.2 G EX, ib, IB T3
TUV 04 ATEX 2361 X
electrical data see certificate
CE 0044

